

**AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ -  
CISCOPAR**

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**Item 21** - PE 21/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA | PR

**Pedido de Esclarecimento (Parte 2)**

No dia 11/10 recebemos a resposta da CISCOPAR quanto ao pedido de esclarecimento enviado por nossa empresa em 09/10, no entanto, gostaríamos de reiterar que não existe no mercado, monitores Multiparametros que possuam mais de um canal de **Pressão Não Invasiva (PNI – Mensurado através de manguito/abraçadeira posicionado nos membros do paciente)**.

Por sua vez, o que é comum é encontrarmos monitores Multiparametros, com 2 ou mais canais de **Pressão Invasiva (PI – Mensurada através de transdutor Invasivo)**.

Dessa forma, entendemos que:

**O edital solicita: 2(dois) canais de Pressão Não invasiva (PNI) e 1(um) canal de Pressão Invasiva (PI).**

**O que entendemos ser a solicitação correta: 1(um) canal de Pressão Não invasiva (PNI) e 2(dois) canais de Pressão Invasiva (PI).**

A título de exemplo, relacionamos abaixo alguns modelos/fabricantes de monitores Multiparametros que exemplificam as afirmações citadas acima;

<b>Fabricante</b>	<b>Modelo</b>	<b>Canais de pressão NÃO invasiva (PNI)</b>	<b>Canais de Pressão invasiva (PI)</b>
Phillips	IntelliVue MX450	1	4
Omnimed	Omni 712	1	8
GE	B125	1	3
Drager	Vista 120S	1	3
Nihon Kohden	LifeScope G5 (CSM-1501)	1	8
Prolife	T5	1	6
Mindray	UMEC 12	1	2

Desta forma, pedimos respeitosamente a reavaliação do órgão junto a Direção de Saúde quanto ao pedido de esclarecimento supracitado.

Em tempo, caso tenha sido realizado alguma pesquisa de mercado, ou possuam algum termo de referência com um mínimo de 3 participantes que atendem a esse quesito, pedimos a gentileza de compartilhar conosco, desta forma garantindo a isonomia do processo.

Curitiba, 14 de outubro de 2024.

**MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.**



Luciano da Silva Vasconcelos  
Representante legal  
RG: 8356785-6 SSP/PR  
CPF: 029.804.079-41

---

## **Fwd: Pedido de Esclarecimento PE 21/2024 - Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná - CISCOPAR - PR**

---

**Diretoria de Gestão em Saúde** <dir.gestao@ciscopar.com.br>  
Para: CISCOPAR CONTRATOS <contratos@ciscopar.com.br>

15 de outubro de 2024 às 15:59

Boa tarde Gustavo,

Em resposta ao questionamento, é relevante destacar que, embora não seja tão comum, existem marcas no mercado que oferecem equipamentos com duas entradas de PNI. No entanto, é importante ressaltar que o objetivo de uso deste equipamento não envolve a medição de Pressão Invasiva (PI), pois não atenderemos pacientes com condições de alta complexidade ou em regime de internação hospitalar. Dessa forma, não há necessidade de um monitor com mais de uma entrada para essa função.

Diante da consulta realizada e das justificativas apresentadas, informo que será aceito um equipamento com apenas uma entrada de Pressão Não Invasiva (PNI), desde que cumpra as demais especificações do descritivo e ofereça qualidade superior ao solicitado.

Dúvidas, estou à disposição.

**Ana Paula Ferreira Neves Johann**

*Diretora de Atenção e Gestão em Saúde.*

*Ciscopar - Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná*

*(45)3252-3524*

*Toledo - PR*

[Texto das mensagens anteriores oculto]